


Control del equipo

1. Gire la perilla de control de sensibilidad **totalmente a la derecha**.

Notas: 1. Girar hacia la derecha la perilla de control de sensibilidad enciende el medidor y aumenta la sensibilidad.
2. Siempre coloque la perilla en la posición de mayor sensibilidad, luego disminuya si es necesario.

2. Presione el botón Prueba de batería para probar la batería y el circuito principal (no prueba la cinta ni la sonda).
3. Sumerja la sonda en agua del grifo. Esto completa el circuito y activa el zumbador y la luz.

La guía de cinta




La guía de cinta está diseñada para:

- Mejorar la precisión al leer niveles de agua
 - Obtener mediciones reproducibles fácilmente
 - Evitar que el encamisado del pozo corte la cinta
 - Permitir que la cinta y la sonda cuelguen derechas desde el costado del pozo
1. Calce el extremo pequeño de la guía de cinta sobre el encamisado de un pozo de 2" (50 mm) de diámetro o mayor.
 2. Solo para carretes pequeños, inserte la pata del medidor de nivel de agua en el orificio en la guía de cinta y apoye el medidor de nivel de agua en el costado del encamisado del pozo. (Consulte el diagrama anterior).
 3. Para guardar la guía de cinta, simplemente engánchela en el soporte ubicado en la parte posterior del medidor de nivel de agua.

Mediciones de nivel de agua

1. El punto cero de medición de la sonda P7 está ubicado cerca de la punta de la sonda.
2. Para facilitar la operación se puede usar la guía de cinta para sostener el medidor de nivel de agua. (Consulte el diagrama anterior).
3. Baje y suba la cinta dentro del pozo utilizando la ranura en la parte superior de la guía de cinta. La luz y el zumbador se activan cuando la punta de Delrin negro se sumerge y se alcanza el punto cero. Para asegurar la precisión, baje y suba la sonda un par de veces y luego registre la medición de profundidad desde la cinta hasta la parte superior del pozo.
4. Si usa la guía de cinta, el punto de medición se compensa desde la parte superior del encamisado. Para ajustar las mediciones hasta la parte superior del encamisado, simplemente reste la cantidad indicada en la parte frontal de la guía de cinta (es decir, 6 cm o 2/10 de pie).



Cuidado de rutina

1. Después de registrar la profundidad del agua, se debe rebobinar la cinta en el carrete con cuidado, secar la sonda y colocarla en el soporte de sonda.
2. La sonda, la cinta y el carrete se pueden limpiar con un detergente sin fosfatos (no abrasivo) y agua tibia. No sumerja el carrete.
3. El uso del bolso para transporte del medidor de nivel de agua incrementa la vida útil del medidor.
4. El uso de la guía de cinta mejora la vida útil de la cinta.

Cuidado y limpieza de la sonda

1. La sonda P7 debe limpiarse con un paño después de cada uso.
2. Retire la suciedad o el agua de alrededor de la clavija central del sensor.
3. Si la clavija central del sensor está corroída o cubierta, púlala con una lija esmeril.
4. Después de limpiarla, coloque la sonda nuevamente en su soporte.

Reemplazo de la batería

- Tipo de batería: alcalina de 9 voltios
1. La batería está alojada en un conveniente compartimento ubicado en la cubierta frontal del medidor de nivel de agua.
 2. Para reemplazar la batería, simplemente presione el compartimento, levántelo y luego tire de él.
 3. El compartimento de la batería debe deslizarse fuera de la cubierta lo suficiente para tirar de él hacia afuera.
 4. Tenga en cuenta la polaridad (el terminal positivo (+) debe estar hacia la muesca pequeña en el extremo del compartimento), coloque la batería nueva en el compartimento y deslícelo nuevamente dentro de la cubierta frontal.

Repuestos

En caso de pérdida o daño se pueden proporcionar las siguientes piezas.

1. Sondas
2. Cinta con sello
3. Sello de cinta en cintas más cortas (3 pies o 1 m) y conjunto de empalme.
4. Luces, interruptores, etc.
5. Carretes

Resolución de problemas

SÍNTOMA	CAUSA	SOLUCIÓN
No se emite sonido cuando la sonda se sumerge en el agua.	Batería agotada.	Reemplace con una batería alcalina de 9 voltios.
	La conductividad del agua es muy baja.	Aumente la configuración de la perilla de control de sensibilidad (gire hacia la derecha) o llame a Solinst para obtener ayuda.
	Cables desconectados en la placa de circuitos.	Controle todas las conexiones dentro del centro del carrete en busca de cables sueltos o desconectados; suéldelos o vuelva a conectarlos.
	Cable roto en la cinta.	Encuentre la rotura en la cinta, empalme y selle o reemplace. (Comuníquese con Solinst)
	Cable desconectado dentro de la sonda.	Comuníquese con Solinst para obtener piezas o instrucciones de reparación.
El instrumento emite sonido constantemente después de sumergirse en el agua.	Agua en la sonda. La sonda puede estar sucia lo que interfiere con la conexión de circuitos.	Retire la sonda P7. Si el sonido se detiene, verifique/reemplace el o-ring. Si el sonido continúa, verifique la conexión electrónica y el cableado en el carrete. Si el sonido continúa, comuníquese con Solinst para su evaluación o reemplace la sonda con una sonda P7 nueva.